



S.C. COMPANIA. DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCSANI
LABORATOR APA POTABILA
Focsani, Str. Suraii nr. 50, jud. Vrancea



RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 54 / 08.07.2019

Denumire si adresa client: Sucursala Rural ,str. Cuza Voda nr.50 , Focsani
Nr. comanda /contract: Plan de Monitorizare nr.190 /04.02.2019
Tipul esantionului: apa potabila prelevata la rezervor
Identificare prelevator /client : Adrian AXINTE –Sucursala Rural
Locul si data prelevarii: Bazin Monument , loc.Bordesti , 25.06.2019
Data receptiei /Executia incercarilor: 25.06.2019 / 25.06.2019
Descriere / Cod esantion: limpede, fara alte modificari organoleptice / 1704
Esantionarea cu : PV nr. 123 , conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf. Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,47	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea azotatilor	30,97	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09

Semnificatia simbolului „<” ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei.
Valoarea din dreapta semnelui „±” , reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)
Incarcarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercările: Valorile determinate, se încadrează în limitele maxim admise

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
Director General,
ing. Gheorghe VASILESCU



Verificat,
Sef DCCA,
ing. Valentina BUTNARU

Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator,
ing. Liliana LICIU

Exemplar nr. 2/2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.
Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercării
Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare



S. C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focsani Adresa: Focsani, str. N. Titulescu, Nr. 9 Capital social subscris și vărsat: 28.210.000 lei ; Cod Fiscal: RO 144
31 Nr. Reg.Com. J/39/364/1998; Tel: 004-0237226.400, 004-0237-238.531; Fax: 004-0237-226.402; RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focsani RO98BPOS40002967209ROL01 -
Banc Post Focsani e-mail: secretariat@cupfocsani.ro Politica de confidentialitate a S.C. CUP S.A. Focsani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>